ラベルガン
取扱説明書

目　　次

1. 安全上の警告・注意---------- 1
2. 製品概要---------- 1
3. 使用方法---------- 2
印字文字調整用ダイヤルの操作---------- 2
4. 消耗品の交換及びお手入れ---------- 4
ラベルロールの交換方法---------- 4
インクカートリッジの交換方法---------- 6
ラベルガン内部のお手入れ方法---------- 7
5. 連絡先---------- 7
6. 保証---------- 8

1. 安全上の警告・注意

1)　本体に強い衝撃を与えないでください。
2)　分解や改造をしないでください。
3)　高温、多湿の場所及び直射日光のあたる場所に保管しないでください。
4)　水にぬらさないようにしてください。

2. 製品概要



注文コード	品番	商品名
717-002-01	15.300.250	ラベルガン本体

3. 使用方法

1) ロットナンバーは「A」、日付は「B」の印字文字調整用ダイヤル（以下、調整用ダイヤル）で設定します。
2) 調整用ダイヤルを引っ張り、黄枠左端を設定したい箇所に合わせます。
3) 数字又は文字を設定します。

黄枠左端を合わせる



> ⚠ 注意
> アルファベットのみ表示された文字と印刷される文字が異なります。本体に添付又は対照表（本書 2 ページ）を参照し設定してください。

4) 数字又は文字を設定後、調整用ダイヤルを押し、黄枠を一番奥の位置まで戻してください。

> ⚠ 注意
> 使用前に、必ず両方の調整用ダイヤルが一番奥に押し込まれていることを確認してください（黄枠が一番奥の位置に戻ります）。調整用ダイヤルを一番奥まで戻さずに使用すると故障の原因になります。

5) トリガーを引くと、選んだ数字又は文字が印刷されます。

印字文字調整用ダイヤルの操作

ラベルの印字内容は、ラベルガンの 2 段の調整用ダイヤルを操作することにより調整できます。

◆上段　左側 3 列（アルファベット）の設定
この列では A～Z までのローマ字情報を設定することができます。
① 黄枠左端を設定したい箇所へ合わせます。
② 本体又は以下の対照表に基づき、調整用ダイヤルを回して印字文字を選択します。

印字したい文字	選択する文字
A	N
B	O
C	P
D	Q
E	R
F	S
G	T
H	U
I	V
J	W
K	X
L	Y
M	Z

印字したい文字	選択する文字
N	A
O	B
P	C
Q	D
R	E
S	F
T	G
U	H
V	I
W	J
X	K
Y	L
Z	M

◆上段　右側 9 列の設定

この列では、0～9 までの数字及び【－】、【／】、【.】を選択することができます。

① 黄枠左端を設定したい箇所へ合わせます。

② 調整用ダイヤルを回し、印字文字を選択します。

※表示された数字・記号が印字されます。

◆下段　左側 6 列の設定

この列では、0～9 までの数字、【－】、【／】、【.】及び空欄を選択することができます。

① 黄枠左端を設定したい箇所へ合わせます。

② 調整用ダイヤルを回し、印字文字を選択します。

※表示された数字・記号が印字されます。

> ⚠ 注意
>
> 日付表示ができるよう、2 列目、4 列目には【. 】が数字に付記されています。

◆下段　中央 2 列の設定

この列では、0～9 までの数字及び空欄のほか、通貨記号などを選択することができます。

① 黄枠左端を設定したい箇所へ合わせます。

② 調整用ダイヤルを回し、印字文字を選択します。

※表示された数字・記号が印字されます。

◆下段　右側 6 列の設定

この列では、0～9 までの数字、【－】、【／】、【.】及び空欄を選択することができます。

① 黄枠左端を設定したい箇所へ合わせます。

② 調整用ダイヤルを回し、印字文字を選択します。

※表示された数字・記号が印字されます。

> ⚠ 注意
>
> - 日付表示ができるよう、2 列目、4 列目には【. 】が数字に付記されています。
> - 左側 6 列との違いがわかるように、縦幅が 1.5 倍に設定されています。

不具合が発生した場合に、該当する製品を回収するためのロット情報・日付情報の一例

AUT　01-02-03 ←高圧蒸気滅菌装置 1 号機によって 2 回目に処理された製品。作業員の ID 番号 3

08.04.01　08.06.30 ←滅菌日は 2008 年 4 月 1 日、滅菌有効期限日は 2008 年 6 月 30 日

4. 消耗品の交換及びお手入れ

ラベルロールの交換方法

1) 使用済ラベルロールのはずし方

① 本体から排出されるシール台紙が見えている場合は、切り取ってください。

② 本体両側面に取り付けられているロール交換用レバーを矢印の方向へ同時にスライドさせてください。
ロールカバーのロックがはずれます。

③ ロールカバーを図のように開いてください。

④ 収納されているラベルロールを取り外します。

⑤ 未使用のラベルをロールに巻きとっていきます。

⑥ すべて巻き取ったら、右写真の位置で切り取ります。

⑦ 余分な台紙をすべて本体から取り除いてください。

2) 新しいラベルロールの取り付け方

① 新しいラベルロールを取り出して、封緘用シールをはがします。

② 最初のラベル 7 枚をはがします。



③ ラベル面を下向きにし、本体内部へロールを収納します。



⚠ 注意
新しいラベルロールの封緘用シールが外れて巻きがゆるんでいる場合は、巻き直してゆるみをなくしてから本体内部へ収納してください。
同様に、途中まで使用したロールをセットする場合も、巻き直してゆるみをなくしてから本体内部へ収納してください。

④ シール台紙のラベルを剥がした箇所が外へ出るように（約 10cm）、右写真のようにセットしてください。





⑤ 必ずシール台紙が爪の内側に来るようセットし、ロールカバーを閉じてください。



○



×



⑥ ロールカバーに付属している白いローラーの外側からシール台紙を本体内に挿入します。突き当たりまでシール台紙を挿入してください。

○

×

> ⚠ 注意
> 差し込みを誤ると、テープが破れる可能性がありますのでご注意ください。

⑦ ロールカバーの中央部を押さえながら、ハンドルを数回握ると、本体がシール台紙を巻き込んでいき、先端から印字されたラベルが出てきます。

> ⚠ 注意
> 排出されない場合は、手順①から再度設定し直してください。

⑧ ロット・滅菌日等を設定して準備完了です。

インクカートリッジの交換方法

> ⚠ 注意
> インクカートリッジ交換の際、手が汚れる可能性がありますので、手袋等を着用してください。

① ラベルガン本体に親指をあて、フロントプレートにある長方形の穴部へ人差し指を入れてフロントプレートを下方向に開きます。

② インクカートリッジのギザギザ部分を持ち、カートリッジが固定されている黄色の軸受けアームの左右両端部を押し広げながら、使用済のインクカートリッジを矢印の方向へ引き出します。

③ 一方の手でフロントプレートと黄色の軸受けアームを固定します。もう一方の手で新しいインクカートリッジのギザギザ部分をしっかり持ち、黄色の軸受けアームに垂直（矢印方向）に挿入してください。

④ 黄色の軸受けアームを矢印 1 の方向に押してからフロントプレートを矢印 2 の方向にパチンと音がするまで押し込んで閉じます。



> ⚠ 注意
> フロントプレートに指をはさまないよう注意してください。

> ⚠ 注意
> ラベル（1 箱 12 ロール入）購入時には、1 箱にインクカートリッジ 1 個が同梱されています。本製品をご使用になる前に、新しいインクカートリッジへ交換されることを推奨致します。
> インクカートリッジの交換によって、インクスポンジの劣化を防ぐとともに、ラベルガンの印字品質を維持することができます。

ラベルガン内部のお手入れ方法

ラベルガンの使用回数に応じて、ラベルガン本体の内壁面に細かい紙片が付着しますので、細めのブラシや柔らかい布等を棒状のものに巻いて、ラベルロール交換時等に清掃してください。
その場合、細かい紙片が飛散するおそれがありますので、マスクの着用をお勧めします。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　http://www.muranaka.co.jp

6. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   （イ） 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   （ロ） お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   （ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   （ニ） 本書の提示がない場合。
   （ホ） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   （ヘ） 消耗部品。
   （ト） 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   （チ） その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、ラベルガンをお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.
※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名:ラベルガン シリアル番号: ご芳名	お買い上げ店名 印
ご住所 TEL.　　（　　）	住所 TEL.　　（　　）
	お買い上げ日　　年　　月　　日

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546